



دائرة اللوازم والعطاءات والمشتريات

Supplies Department

الزرقاء - الأردن

Zarqa - Jordan

## اعلان تجديد طرح عطاء

| آخر موعد لتقديم العروض | آخر موعد لبيع نسخة العطاء | ثمن النسخة غير مستردة | نوع العطاء                         | رقم دعوة العطاء | الرقم |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
| 24/12/2024             | 23/12/2024                | مائة دينار (100)      | الخاص بشراء كراسىي كلية طب الأسنان | 2121/2024       | 1     |

على المناقصين المتخصصين الراغبين في الاشتراك بهذا العطاء مراعاة ما يلي :

أ) ارفاق نسخة عن رخصة مهن سارية المفعول وشهادة غرفة التجارة والسجل التجاري.

ب) ارفاق كفالة دخول عطاء 5%.

ج) ارفاق إيصال الدفع ( ثمن نسخة العطاء ) مع عرض السعر.

د) يلتزم المناقص بسعاره لمدة 120 يوما .

هـ) مراجعة موقع الجامعة للإطلاع على المزيد والتفاصيل والمواصفات [www.zu.edu.jo](http://www.zu.edu.jo)

و) للأستفسار والتواصل الرجاء الاتصال على هاتف رقم 053821100 / فرعى 1183

ملاحظة : ثمن نسخة الاعلان على المحل عليه مهما تكرر الاعلان .





Supplies Department  
Zarqa - Jordan

جامعة الزرقاء  
Zarqa University



دائرة اللوازم والطعاءات والمشتريات  
الزرقاء - الأردن

دعوة العطاء المركزي رقم(2024/2121) الخاص بـ

شراء كراسى كلية طب الأسنان

إلى السيد / السادة ،،،

جامعة الزرقاء بحاجة إلى اللوازم / الخدمات المبينة أعدادها ومواصفاتها على الجداول المرفقة، وترجو أن تدعوكم لتقديم عرضكم لتوريد هذه اللوازم / الخدمات وفق التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بهذه الدعوة في موعد لا يتجاوز الساعة ( 3 ) بعد ظهر يوم آخر موعد لاستقبال العروض حسب الإعلان المرفق ، هذا وتشترط اللجنة للنظر في العطاء أن يظل العرض قائماً لمدة ( 120 ) يوماً من الموعد المحدد آنفاً وسوف لا تنظر اللجنة في أي عرض يقدم إليها بعد هذا الموعد.

رئيس الجامعة

**رئيس الجامعة**

بناءً على طلب دعوة لعطاء المركزي ( 2024/2121 ) ،وفقاً للتعليمات واشروعه العامه ،الخاصه والمواصفات المرفقة بها أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم / الخدمات المعروضة بالأسعار وشروط التسليم والمواصفات المبينة بهذا العرض.

وإنني التزم بأن يظل العرض قائماً لمدة ( ) يوماً اعتباراً من ( / / )

اسم الشركة / المؤسسة ..... وإننا نفوض السيد

..... بتمثيل مؤسستنا في كافة الإجراءات والتبيغات المتعلقة بهذا العرض لدى جامعتكم المؤقرة مع بقاء مسؤوليتنا المالية والإدارية قائمة.

**المفوض بالتوقيع**

اسم المناقص..... خاتم الشركة

العنوان:..... ص.ب..... الرمز البريدي

هاتف..... خلوي..... فاكس.....

**القيمة النهائية للعرض .....** ..... **بياناً شاملأً ضريبة المبيعات .**

قيمة ( كفالة / الشيك مصدق ) دخول العطاء بنسبة 5% ..... دينار .

**ملاحظات هامة:**

• يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل ويرفق بالعرض عند تقديمه إلى دائرة اللوازم وغير ذلك لن يتم النظر فيه.

• يجب إرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 5% من العطاء تؤمن حق دخول العطاء.

• يجب إرفاق السجل التجاري مبيناً فيه المفوض بالتوقيع .

• بفضل تقديم عينة إلى مديرية اللوازم إذا لزم الأمر .

• يقدم المتعهد عرضة على هذا النموذج فقط مختومة بالختم الاصل معتمد لغاية إعداد القرار + يجب إرفاق العرض بـ CD .  
أي اضافة أو/و تعديل أو/و القاء على أي شرط من شروط والمواصفات العطاء في عرض المعر تغير لغاية الا بموقفة خطية من لجنة العطاءات المركزية.



Supplies Department  
Zarqa - Jordan

## جامعة الزرقاء

## Zarqa University



دائرة اللوازم والعطاءات المشتريات  
الزرقاء - الأردن

### طلب اسعار

إلى السيد / السادة.....

نرجو منكم تقديم أسعاركم بخصوص توريد البند المتوفرة لديكم و الموضحة أدناه، وذلك على أساس:

آخر موعد لتقديم العرض يوم الثلاثاء 24/12/2024 الساعة (3) بعد الظهر

| الضريبة ( ذكر بلد المنشأ، اسم الشركة الصانعة..الخ ) | سعر الوحدة |     | المواصفات   | الرقم |
|---|------------|-----|---|-------|
|   | دينار      | فلس |   |       |
|   |            |     | كراسي كثة طب الأسنان عدد (80)<br>(حسب الكشف المرفق) | 1     |

1. الجامعة غير مازمة بشراء كافة البند المذكورة أعلاه من مصدر واحد

اسم المناقص: مدير اللوازم .....

عنوان المناقص: .....

بيانات المناقص: هاتف رقم(.....) فاكس رقم(.....) خلوي رقم(.....)

(.....) البريد الإلكتروني للمناقص (E-mail).....

توقيع وختم المناقص : .....

### ملحوظات هامة

يجب أن يبعاً هذا النموذج بالكامل ويرفق بالعرض عند تقديمه إلى دائرة اللوازم وغير ذلك لن يتم النظر فيه.

يجب ارفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 6% من العطاء تأمين حق دخول العطاء.

يجب ارفاق السجل التجاري مبينا فيه المفوض بالتوقيع.

.

.

.

.

.

يفضل تقديم عينة إلى مديرية اللوازم إذا لزم الأمر.

يقدم المعهد عرضة على هذا النموذج فقط مختومة بالختم الاصل معتمد لغاية إعداد القرار + يجب ارفاق العرض بـ CD.

أى اضافة أو تعديل أو الغاء على اي شرط من شروط والمواصفات للعطاء في عرض السعر تعتبر لاغية الا بموجة خطية من لجنة العطاءات المركزية.



## Compliance Sheet for Technical Specifications for Dental Unit (80 Units)

| Description  |  |
|--|--|
| <b>Dental Chair</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>The chair must be working 220 V.</li><li>Heavy duty maintenance-free unit.</li><li>Microprocessor-controlled chair-with all safety features to be included.</li><li>Seamless and replaceable upholstery with high grade of finish for highest level of hygiene must be included.</li><li>Lifting capacity not less than 190 kg.</li></ul>  |  |
| <i>Dental chair positions must include the following:</i>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Touch type switches and controls.</li><li>Trendelenburg position.</li><li>At least 3-programmable positions.</li><li>Zero position: automatic return.</li><li>Left and right arm rest (one of them should be movable).</li><li>Vertical seat adjustment in the range of 25-40cm.</li><li>Voluntary chair stops control switch in case of any inconvenience. (Safety switches) and sensitive to obstacles</li><li>The chair movements can be controlled from the foot control.</li><li>Medical Monitor with arm support and HD Camera.</li><li>Fully adjustable articulating head rest 3D movement.</li></ul> |  |
| <b>Doctor Element</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>The unit must include not less than 5 instrument places. (a tray in delivery arm type with drop down configuration. i.e. all hoses must be with metal socket hand pieces connection and must hang from the top to avoid entangling with patient or staff)</li><li>Light cure (LED).</li><li>3-way syringe (with rotated and auto cleavable nozzle).</li></ul>  |  |



- Five (5) tubes (quick – coupling attaching) to carry out the following:
  - A. Ultrasonic scalar H/P: built – in fiber – optic light, complete with at least (3) sharp tips. working frequency (30 – 40) KHZ. (QTY: 2 ultrasonic hand piece).
  - B. One electric motor: high technology (brushless), speed (40, 000) rpm, clocking wise and anticlockwise rotation integrated water-cooling system.
  - C. Contra angle H/P (slow speed): push button, speed not less than 40,000 r.p.m integrated internal water-cooling system speed ratio 1:1.
  - D. Two turbines H/P (high speed): ceramic bearing, push button, approx. Speed (310. 000) rpm, led fiber – optic system, quick coupling (not in hand piece), 3-4 water : spray holes.
  - E. Straight hand piece for all unite

1- Instrument tray. ((Double size))

2- Water and air regulator for each line.

#### **Dental light**

- 1- (LED) system compact size. (Not less than 25,000 lux)/ composite (Not open media)
- 2- Light intensity should be adjustable / composite mode
- 3- Dental light .Led operating light shadow – less intensity control potentiometer- adjustable light .on-off cold also via infrared sensor not less than 30.000 Lux

#### **Assistant Elements**

Should be:

- 1. All major controls and filters must be located inside the unit for surface hygiene.
- 2. Electrically controlled glass fill and bowl rinsing.
- 3. Low and high-volume suction tubing to be included (tubing should be flexible, smooth and easy to clean and disinfect)
- 4. Control touch panel for operating all movements of chair, cup filter, and cuspidor rinsing flush



5. Spittoon cuspidor bowel: made of ceramic, Acid/alkaline resistant, easy to clean with rinsing flush system, adjustable time controlled, and with water flow regulator.
6. Central suction system should be having complete kit for suction separator contains (shut off valve, hoses, all connectors and control board) ((durr system with amalgam separator))

**Junction Box**

Built-in, safe design, compact size and easy to open cover for maintenance and must contain:

1. Main on-off switches for Air, Water, Power supply, Section lines.
2. All devices (hand pieces, 3-way syringe two of them autoclavable: nozzle and cup filler) should be operated by main water supply.

**Doctor's stool (quantity 2 stools) Should be:**

1. Mounted on 5 castors
2. Having adjustable back rest
3. Having adjustable height through gas spring action

Power Supply 220V AC/ 50 Hz.

FDA Approval or CE marking

five years warranty includes spare parts for unit and not less than 12months for handpieces.

Including installation, commissioning and training.

Supplier should submit with the offer a spare parts list with prices valid for 5 years beyond the warranty years.

- **40 of dental chairs are required to have( rotary and apex locator)**



## جامعة الزرقاء- دائرة اللوازم والمشتريات والعطاءات

### \*الشروط الخاصة بالعطاءات المركزية\*

1. يطلب منكم تقديم أسعاركم بخصوص توريد البنود المتوفرة لديكم و الموضحة في طلب الأسعار وذلك على أساس تسليم في الموقع التي تحدده الجامعة.
2. الجامعة غير ملزمة بالاحالة كافة البنود المذكورة في طلب الأسعار من مصدر واحد.
3. للجامعة الحق في الأحالة على أساس الأرخص أو الأغلى، الأجدد، الأنساب، الوهيد وغير ملزمة بالإحالة على الأرخص وإن وجدت الأسعار المقدمه عالية أو لا تناسب مع التقديرات الموضوعة لتلك اللوازم أو الأشغال ، فلها ان تقوم بأي من الاجراءات التالية حسبما تراه مناسبا لمصلحة الجامعة:
  - أ) التفاوض مع مقدم أرخص الأسعار ؛ لتخفيضها إلى مقدار الذي تراه مناسبا
  - ب) الغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتراكوا فيه ومع غيرهم ؛ للحصول على سعر أقل وتزيم اللوازم أو الأشغال بموجبه.
- ج) إعادة طرح العطاء.
4. يجب إرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 5% من قيمة العرض تأمين حق دخول العطاء.
5. في حال تمت الإحالة على المتعهد يطلب من المتعهد في حالة عدم التسليم الفوري يعني تسليم اللوازم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التبليغ لقرار الإحالة) تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة الإحالة ويفرج عن كفالة الدخول للعطاء بعد التبليغ النهائي للمتعهد المحال عليه ويقدم المتعهد أيضا كفالة صيانة بنسبة 5% من قيمة اللوازم التي تتطلب ذلك (ويمكن اعتماد كفالة الدخول كفالة صيانة ولكن بكتاب تغطية من البنك الصادرة عنه مع تمديد مدة صلاحيتها لمدة الصيانة المجانية الواردة في قرار الإحالة) ويفرج عن كفالة حسن التنفيذ بعد استلام كفالة الصيانة وبعد صدور المتعهد على كتاب من الجهة الاطلبة في الجامعة موجه إلى دائرة اللوازم والمشتريات والعطاءات يفيد بالاستلام النهائي دون وجود نواقص أو شاكل فنية.
6. يجب الانتزاع بتبنيه النماذج المرفقة بدعوة العطاء وللجنة الحق بإهمال العرض في حالة عدم التقيد بذلك وفي حال وجود عدة خيارات لنفس المادة تحسب كفالة الدخول على الخيار الأعلى سعرا.
7. تقديم عرضكم لتوريد هذه اللوازم / الخدمات وفق المواصفات المرفقة بهذه الدعوة في موعد لا يتجاوز الساعة 3 ) بعد ظهر يوم آخر موعد لاستقبال العروض حسب نموذج الإعلان عن دعوة العطاء.
8. يتم تقديم عينة إلى دائرة اللوازم- شعبة العطاءات إذا ذكر ذلك في نموذج طلب الأسعار.
9. يقدم المتعهد عرضه على نسخة واحدة فقط مختومة أصلية غير مصورة تعتمد لغاية إعداد القرار+يجب إرفاق العرض ب CD .
10. في حال كان العطاء يتعلق بتقديم المتعهد لخدمة الطعام أو الشراب فلا يجوز ولا يقبل منه احتكار هذه الخدمة أو إشتراط احتكارها في العرض المقدم منه.
11. في حال تخلف أو إستئثار المتعهد المحال عليه العطاء فالجامعة الحق بمصادرة أية ضمانت مالية أو لوازم عينية للمتعهد لدى الجامعة وأيضا إعادة طرح العطاء مرة أخرى وتحميله فرق الأسعار إن وجدت والعود عليه بالعقل والضرر الواقع على الجامعة نتيجة إستئثاره أو تخلفه وحرمانه من الإشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
12. يقوم المتعهد المحال عليه العطاء وتجنبها للغرامات بدفع الطوابع المقررة خلال المدة القانونية(10 عشرة أيام) من تبليغ القرار لدى وزارة المالية حيث يتم تزويد الجامعة بوصول الطوابع عند تقديم الفواتير المتعلقة باللوازم المسلمة للجامعة.
13. يتحمل المتعهد المحال عليه العطاء مسؤولية التأخير في صرف قيم الفواتير المقدمة منه في حال كانت الوثائق المطلوبة في قرار الإحالة وفي هذه الشروط الخاصة بالعطاءات غير مستكملة.
14. فصل العرض المالي عن العرض الفني .
15. أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء .
16. إرفاق شهادة تسجيل وسجل تجاري والتغييرات التي تحدث على السجل التجاري ان وجدت ورخصة مهن وصورة عن هوية الاحوال المدنية للشخص المفوض بالتوقيع .

.....  
اسم المتعهد / أو من يفوذه .....



**١٧.** يمكن سحب صورة من نسخة العطاء من الموقع وطبعتها وتوقيع على كل نسخة وختمها وتسليمها حسب الأصول .

**١٨.** يمكن دفع ثمن نسخة العطاء في اي فرع من فروع البنك العربي الاسلامي الدولي على حساب رقم 500/828 فرع جامعة الزرقاء وتسليم الوصل عند تسليم العطاء .

**١٩.** تسلم العروض في دائرة اللوازم لشعبة العطاءات مكتب، رقم 32 .  
اي استفسار الاتصال على 053821100 / فرعى 1183

\*قمت بقراءة الشروط المذكورة أعلاه حيث أنتي موافق عليها و التزم بتنفيذها.

.....  
.....  
.....  
.....  
**التوقيع:-**



وسلم العروض لشعبة العطاءات مكتب رقم 32  
في مبني دائرة اللوازم والخدمات العامة في الجامعة  
علما بأن آخر موعد لتسليم العروض يوم الثلاثاء 2024/12/24  
قبل الساعة الثالثة بعد الظهر

يتم طباعة نسخة العطاء من الموقع وتعينتها حسب الأصول وختمتها بالختم الأصلي  
ملاحظة : ثمن نسخة العطاء موضحه في الإعلان

يتم دفع ثمن نسخة العطاء في أي فرع من فروع البنك العربي الإسلامي  
على حساب رقم 500/828 فرع جامعة الزرقاء

وسلم صوره عن وصل الايداع عند تسليم نسخة العطاء

للإستفسار بخصوص العطاءات الاتصال على رقم السيد خلف البرايسه 0777490452